

HK.904.2.2022.DK

NL

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Bolesławcu Sp. z o.o.	
Wypreko- sina	03.06.2022
Nr	885/22
Zat.	Podpis

Bolesławiec, dnia 03 czerwca 2022 r.

## DECYZJA nr 280/22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. z dnia 20.05.2022 r., znak L.dz.1077/NL/2022, w sprawie zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody przez ich własne laboratorium, działając na podstawie art. 12a ust 2, art. 12 ust. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491),

### zatwierdza

system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonywanych w Laboratorium PWiK w Bolesławcu należącym do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o. o. w zakresie badania parametrów fizykochemicznych: **żelazo, mangan, ołów, kadm miedź, nikiel.**

Powyższe zatwierdzenie obowiązuje do dnia 01.06.2023 roku.

### UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zwróciło się z wnioskiem o wydanie zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody pitnej w Laboratorium PWiK w Bolesławcu załączając wykaz oznaczanych w wodzie parametrów z określeniem procedur badawczych, technik pomiarowych i niepewności pomiaru wartości parametrycznej, oraz sprawozdanie z uczestnictwa Laboratorium w badaniach biegłości.

Badania fizykochemiczne wody Laboratorium wykonuje w pracowni fizykochemicznej przy ul. Granicznej 48 w Bolesławcu.

Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 747. Akredytacja na dzień składania wniosku pozostaje zawieszona na wniosek podmiotu. Laboratorium w dniach 05-06.05.2022 r. jest po ocenie PCA bez niezgodności i spostrzeżeń. Z przedłożonej przez stronę dokumentacji wynika, że Laboratorium PWiK w Bolesławcu uczestniczy w badaniach biegłości i uzyskuje zadowalające wyniki tych badań w zakresie parametrów: żelazo, mangan, ołów, kadm miedź, nikiel.

Powyższe ustalenia pozwoliły na wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu decyzji administracyjnej zatwierdzającej system jakości prowadzonych badań wody przez Laboratorium PWiK w Bolesławcu.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W konsekwencji z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bolesławcu  
*[Signature]*  
mgr inż. Urszula Felczyńska

#### Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. , ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec
2. HK aa